

校正証明書 (Certificate of Calibration)

KTC

作成日 (Inspection Date):*****/**/****

下記製品は、国家標準にトレースされた標準器を基準とした測定器を用い、当社の独自標準に従って校正が行われたことを証明します。

(This is to certify that the below products is calibrated by a measuring instrument with KTC standard test method. KTC standard test method is based on traceability in accordance with public standards.)

*:当社独自標準とはISO、JIS規格に準じた校正と致します。

(note:KTC standard test method is based on ISO and JIS standards.)

機種 (Description)	デジタルトルクレンチ (Digital Torque Wrench)
品番 (Item Number)	GEK060-R3(代表品番)
機器番 (Serial Number)	*****
機器製造 (Manufacturer)	KTC

[N・m]

設定値 (Set Point)	許容範囲 (The Tolerance Level)		測定値 (Measurement Result)		判定 (Judgment of Acceptance)
	右トルク (Clockwise)	左トルク (Counter Clockwise)	平均値 (Average)		
	(Accuracy Within) ± 3 %以内	(Accuracy Within) ± 3 %以内	右トルク (CW)	左トルク (CCW)	
12.0	11.64 ~ 12.36	11.64 ~ 12.36	12.11	12.10	合格 (Pass)
36.0	34.92 ~ 37.08	34.92 ~ 37.08	36.41	35.87	合格 (Pass)
60.0	58.20 ~ 61.80	58.20 ~ 61.80	60.73	59.46	合格 (Pass)

測定回数 (Measurement Times) ... 設定値×5回 (Each Set Point×5 times)

点検項目 (Part Inspection)	判定 (Judgment of Acceptance)	コメント (Comments)
ドライブ角寸法 (Dimension of Square Drive)	合格 (Pass)	
全体外観 (Overall Appearance)	合格 (Pass)	
液晶表示 (LCD)	合格 (Pass)	
	合格 (Pass)	
	合格 (Pass)	

見本

測定機器 (Inspection Device)

品名 (Description)	Torque Wrench Tester (CDI SURETEST)
型式 (Item Number)	Monitor 5000-ST Serial No.***** Transducer IKFB-*** (*****~***** N・m)
機器能力 (Product Ability)	測定範囲 (Effective Measuring Range) *****~***** N・m
機器製造 (Country of Origin)	*****
校正日 (Date of Latest Calibration)	*****/**/****
次回校正日 (Due Date of the Next Calibration)	*****/****

上記実用測定機器は、公的機関の標準にトレースされた検定器（検定さおと分銅）を用い、管理規定に従って校正が行われ、校正作業における検査または試験の結果が測定機器の仕様を満足していることを証明します。

(Above products are calibrated with the steelyard "test pole and weight" of the equivalent of the public organization. This is to certify that torque wrench above meets the standard dimensions corresponding to the public standards.)

京都機械工具株式会社 (KYOTO TOOL CO., LTD.)

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

(128 Sayama-Shinkaichi, Kumiyama-cho, Kuse-gun, Kyoto, 613-0034, Japan)

TEL: 0774-46-4159 (+81-774-46-4159)

FAX: 0774-46-4359 (+81-774-46-4359)

承認 (Head of Calibration)	担当 (Inspector)

トルクレンチ トレーサビリティ体系図 (TORQUE WRENCH TRACEABILITY CHART)

KTC

京都機械工具株式会社
(KYOTO TOOL CO., LTD.)
TEL: 0774-46-4159
(+81-774-46-4159)
FAX: 0774-46-2145
(+81-774-46-2145)

